



NOME DA SEÇÃO OU DO LABORATÓRIO

Seção Técnica de Compatibilidade
Eletromagnética

DOCUMENTO N°

97NC01AR02

Nº DA FOLHA

1/1

TÍTULO	CREDENCIAMENTO DO LABORATÓRIO DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA	
TITLE	CERTIFYING OF A ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE LABORATORY	

Autor: **GIOVANNA BORGHI DE A. ANDRÉ, KLEIBER T. SOLETTTO e AUGUSTO C. PAVÃO**

Resumo: Este trabalho mostra o procedimento utilizado na caracterização da câmara semi-anecóica do INMETRO, segundo a norma ANSI C63.4-1992. Esta caracterização é exigência da FCC para a certificação de laboratórios de compatibilidade eletromagnética (EMC). O trabalho foi realizado pelo INMETRO em conjunto com o IEE-USP.

Abstract: This paper shows the proceeding applied in the INMETRO semi-anechoic chamber, according to ANSI C63.4-1992 standard. This characterization is a demand of FCC to certify the electromagnetic compatibility (EMC) laboratories. This work has been performed by the INMETRO together with the IEE-USP.

André, G.B.

T, 589p
NC

Nota: Trabalho apresentado no SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE METROLOGIA ELÉTRICA, 2, Curitiba, 1996. Anais. p.264-9.